



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

ΒΟΛΟΣ 18/05/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 193326

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
(Αντωνοπούλου με Δ. Γεωργιάδου)
Ταχ. Κώδικας: 380 01 - Βόλος
Πληροφορίες : ΝΙΚΟΥ ΒΑΣ.
Τηλέφωνο : 24213 52626
E-mail: v.nikou@thessaly.gov.gr

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ».

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας - Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων μετά τις:

1. αριθμ.: 150909/18-04-2022 και ΠΡΑΚΤΙΚΟ 07°/14-04-2022 (ΑΔΑ:6ΒΡΗ7ΛΡ-Δ8Ψ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας με θέμα «Έγκριση - ένταξη στο ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Θεσσαλίας του έτους 2022 της προμήθειας δύο (2) απινιδωτών για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων».
2. Αριθμ.471/2022 και Πρακτικό 13°/ 16-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΒΙΡ7ΛΡ-43Β) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 33° «Εισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων σε βάρος του Φορέα 073 ΚΑΕ 1729»

Επιθυμεί την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια δύο (2) απινιδωτών. Για το λόγο αυτό,

Καλούμε

τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους προμηθευτές να καταθέσουν στην Υπηρεσία μας, προσφορές σε σφραγισμένους φακέλους, έως την **Τρίτη 24 Μαΐου 2022, στις 11:00 το πρωί**, για την προμήθεια δύο Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τις διαθέσιμες πιστώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων του Φορέα 073-ΚΑΕ 1729.

Η παράδοση-παραλαβή των ανωτέρω ειδών θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής υλικών και εργασιών της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (2421352631- 630 - 623).

Στην προσφορά να δοθεί καθαρή τιμή, το ποσοστό και ποσό Φ.Π.Α και η τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Σχετικά ο συνημμένος Πίνακας Β με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ).

Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με το παράρτημα Α.

Κριτήριο για την ανάθεση της παραπάνω προμήθειας θα είναι η οικονομικότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Η παραπάνω δαπάνη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το προϋπολογιζόμενο ποσό των 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α συνολικά.

Όλοι οι φόροι βαρύνουν τον προμηθευτή εκτός του Φ.Π.Α. που καταβάλλεται από την Υπηρεσία. Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και υποβολής και ελέγχου όλων των απαραίτητων παραστατικών. Διευκρινίζεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχουν το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας έως την πληρωμή, να ζητήσουν από τον προμηθευτή κάθε επιπλέον δικαιολογητικό που κρίνουν σκόπιμο.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν/αποσταλούν στην ακόλουθη ταχυδρομική δ/ση:

**Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
Διοικητήριο (Αντωνοπούλου & Δημ. Γεωργιάδου) Τ.Κ. 38001 Βόλος,
(γραφείο 3, ισόγειο ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ).**

Εξωτερικά του φακέλου να αναγράφεται η επωνυμία του προμηθευτή και η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς η ημερομηνία του φακέλου δε θα ληφθεί υπόψη. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας και μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους.

Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στην Υπηρεσία μας, συμπληρωμένος ο συνημμένος Πίνακας Α με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, φωτοτυπία ΑΔΤ και απόσπασμα ποινικού μητρώου σε ισχύ (του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου και του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται για εταιρεία), φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ. 74 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία (Διοικητήριο, Αντωνοπούλου & Δημ. Γεωργιάδου, στο Βόλο, γραφείο 3, ισόγειο ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ καθώς και στο τηλ. 24213-52618, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

**Επισυνάπτονται: 1. ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
2. ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

- ΜΕ Ε.Π. -
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

**ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΛΗΜΗΤΡΑ
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ**

Π.Δ.

1. Πίνακα ανακοινώσεων
Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων
2. Εφημερίδα της Υπηρεσίας

ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ.

ΠΟΛΗ

ΝΟΜΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΞ

E-MAIL

Ημερομηνία:

Για τον υποψήφιο ανάδοχο προμηθευτή
Σφραγίδα/υπογραφή

Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Σ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ ___%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές προϋπολογιζόμενο ποσό 4.000,00 €	2 τεμ.				
ΣΥΝΟΛΑ					

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ: ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Για τον υποψήφιο ανάδοχο προμηθευτή
Σφραγίδα/υπογραφή

Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ (AED)**

- Να είναι καινούργιος, αμεταχειρίστος, σύγχρονης διφασικής τεχνολογίας
- Να είναι στέρεος και ανθεκτικός σε σκληρή χρήση. Να αναφερθούν στοιχεία που αφορούν στην ανθεκτικότητα της συσκευής όσον αφορά: θερμοκρασία λειτουργίας και αποθήκευσης, ατμοσφαιρική πίεση, σχετική υγρασία, στεγανότητα έναντι σκόνης και νερού και μηχανικής αντοχής (bump, shock, drop και vibration)
- Να είναι φορητός, μικρού όγκου, με βάρος μικρότερο από 4 Kg
- Να λειτουργεί με μπαταρία/ες μη επαναφορτιζόμενη/ες, και να αποδίδει τουλάχιστον 150 απινιδώσεις στην μέγιστη ενέργεια
- Να μετράει αυτόματα την αγωγιμότητα του σώματος του ασθενούς και να αποδίδει την κατάλληλη ενέργεια απινίδωσης
- Όλες οι συνδέσεις με τον ασθενή να είναι ηλεκτρικά μονωμένες
- Η αποθηκευμένη ενέργεια να εκφορτίζεται εσωτερικά και αυτόματα αν δεν χορηγηθεί απινίδωση σε 30 sec
- Η λειτουργία του απινιδωτή να είναι απλή στη χρήση και να διαθέτει φωνητικές και οπτικές οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες για την εκτέλεση καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (CPR) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνες με τον ισχύοντα αλγόριθμο του ERC Guidelines
- Να διαθέτει αυτόματο κυκλώματα ανάλυσης του ΗΚΓ, αναγνώρισης αρρυθμιών που απαιτούν την εφαρμογή απινίδωσης, να φορτίζει αυτόματα τα κυκλώματα απινίδωσης και να ειδοποιεί τον χειριστή για την ανάγκη απινίδωσης, η οποία θα πραγματοποιείται μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού
- Να διαθέτει ένδειξη για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας/ών.
- Ο χρόνος φόρτισης στην μέγιστη ενέργεια να είναι το μέγιστο 15 sec
- Να διαθέτει οθόνη LCD στην οποία να απεικονίζεται το ΗΚΓ του ασθενούς, διάφορα προειδοποιητικά μηνύματα και συναγερμούς
- Να διαθέτει αυτόματους και χειροκίνητους περιοδικούς ελέγχους της ετοιμότητας της συσκευής με αντίστοιχη οπτική ένδειξη
- Να διαθέτει κύκλωμα ελέγχου της αγωγιμότητας των αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων (pads) όσον αφορά το gel επαφής αυτών
- Να διαθέτει σύστημα αποθήκευσης τουλάχιστον του τελευταίου περιστατικού ανάνηψης, με δυνατότητα μεταφοράς, αποθήκευσης και ανάλυσής του σε Η/Υ, μέσω ειδικού λογισμικού που θα συνοδεύει την συσκευή
- Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς η οποία περιλαμβάνει δυο ζευγάρια αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (pads) μιας χρήσεως, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παρελκόμενα για την πλήρη λειτουργία του.
- Να συνοδεύεται από επιτοίχια βάση στήριξης (προαιρετικό)
- Η προσφορά να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου μοντέλου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και τεχνικό εγχειρίδιο στην ελληνική γλώσσα.
- Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE από την προμηθεύτρια εταιρία, και επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια

- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.